

QM-Report**241004QM-01**

Kunde: <i>Cliente:</i>	ALM HIGIENE, S.L. (WL)
Art. Nr.: <i>Referencia Artículo.:</i>	215-008
Art.-Bezeichnung: <i>Descripcion Artículo:</i>	PURACOMFORT COBALT, nitrile examination gloves, powder-free, cobalt blue
Ansprechpartner Vertrieb: <i>Contacto Dep. Ventas:</i>	Jörg Nascimento Joerg.nascimento@ampri.de
Ansprechpartner QM: <i>Contacto Dep. Calidad.:</i>	Radita Nur Ikhsan qc@ampri.de
Datum: <i>Fecha:</i>	04.10.2024

Anfrage / Pedido:

Extensión de la fecha de caducidad

Informe:

Este Informe confirma que la vida útil de los guantes de examen de nitrilo PURACOMFORT COBALT, sin polvo, azul cobalto es de 5 años. Nuevas pruebas confirman que el guante sigue cumpliendo todos los requisitos incluso después de 5 años.

LOTE	Nueva fecha de caducidad
220010413	28.02.2026

Radita Nur Ikhsan
Qualitätsmanagement / Quality Management